

SEPTIWIPES - LINGETTES DE DÉSINFECTION NIVEAU 1
Lingettes sans alcool pour la désinfection de bas niveau des dispositifs médicaux



Description du produit :

SEPTIWIPES sont des lingettes imprégnées **sans alcool**, destinées au **nettoyage et à la désinfection de bas niveau** des surfaces de dispositifs médicaux réutilisables **non invasifs**. Elles sont particulièrement adaptées aux équipements sensibles à l'alcool, notamment **les sondes d'échographie superficielles**.

Prêtes à l'emploi, les lingettes SEPTIWIPES s'intègrent facilement aux protocoles de désinfection par essuyage en cabinet médical, service d'imagerie, clinique ou établissement de santé. Leur formulation préserve les matériaux tout en assurant une efficacité microbiologique conforme aux normes en vigueur.

Caractéristiques

- Lingettes imprégnées **sans alcool** pour désinfection de bas niveau
- Adaptées aux dispositifs médicaux **non invasifs**
- Particulièrement recommandées pour les **sondes d'échographie superficielles**
- Taille des lingettes : **140 x 200 mm**
- **pH neutre (pH 7)**
- Prêtes à l'emploi, **sans rinçage**

Propriétés microbiologiques

Bactéries & levures

- EN 16615, EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 13624 (conditions de saleté) : **actif en 1 minute**

Virus

- EN 14476 (conditions de propreté) & protocole RKI/DVV : **actif en 30 secondes**
- EN 14476 (conditions de saleté) : **actif en 2 minutes**

Compatibilité - sondes d'échographie

Les lingettes SEPTIWIPES sont certifiées pour la désinfection des sondes d'échographie par les fabricants suivants : **GE, Siemens, Philips, Canon Medical, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Esaote, Hitachi.**

Stérilité & conformité

- Dispositif médical **classe IIa** (Règlement (UE) 2017/745)
- Produit **non stérile**, usage professionnel
- Sans alcool, sans latex, sans phtalates
- Durée de vie après ouverture : **3 mois** (boîte soigneusement refermée)
- Conditions de stockage : entre **+5 °C et +25 °C**

Conditionnement

- Boîte distributrice de **100 lingettes**
- Référence : **SP2000**

Indications d'emploi

- 1Extraire une lingette de la boîte distributrice.
- 2Nettoyer minutieusement la surface ou le dispositif médical.
- 3Laisser agir le produit selon le temps de contact requis.
- 4Ne pas rincer.
- 5Utiliser une nouvelle lingette pour chaque équipement.

Niveau de désinfection: Niveau 1 (bas)

Référence : SP2000